



## LABORATÓRIO DE ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS E MICROBIOLÓGICAS

1. Material: Água Mineral Natural "Elan"
2. Fonte: Águas Minerais Fontes D' Miranda Ltda
3. Dados da coleta:
  - 3.1. Tipo de embalagem: Bombona de 20 litros
  - 3.2. Data de fabricação: 09/01/2017 às 10h13min
  - 3.3. Validade: 10/03/2017
  - 3.3. **Lote: 02.1R/2017**
  - 3.4. Recebimento: 09/01/2017
  - 3.5. Responsável pela coleta: Josias Rodrigues
4. Análises Solicitadas: Microbiológicas

### CARACTERÍSTICAS BACTERIOLÓGICAS

| Parâmetros                     | Resultados | Unidade   | V.M.P.              | Método   |
|--------------------------------|------------|-----------|---------------------|--|
| Coliformes totais              | Ausentes   | UFC/100mL | 2                   | Membrane filtration method for Waters with low bacterial background flora. |
| <i>Escherichia coli</i>        | Ausentes   | UFC/100mL | Ausência            | Membrane filtration method for Waters with low bacterial background flora. |
| <i>Enterococcus spp</i>        | Ausentes   | UFC/100mL | 2,0                 | Enumeração de <i>enterococcus spp.</i> por filtração.                      |
| <i>Pseudomona aeruginosa</i>   | Ausentes   | UFC/100mL | 2                   | Enumeração de <i>Pseudomonas aeruginosa</i> por filtração.                 |
| <i>Clostridium perfringens</i> | Ausentes   | UFC/100mL | 2,0x10 <sup>0</sup> | Directiva 98/83 CE do Conselho de 3 de novembro de 1998.                   |

V.M.P. = Valor Máximo Permitido  
UFC= Unidade Formadora de Colônia

